



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno
tel. +420 545 555 111
www.cmi.cz



**Kalibrační laboratoř č. 2202 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005**

Pracoviště: Laboratoře primární metrologie Praha, V Botanice 4, Praha 5, 150 72
Oddělení technické délky, tel. +420 257 288 387, fax +420 257 328 077

KALIBRAČNÍ LIST

8015-KL-Z0117-16

Datum vystavení: 29. června 2016

List 1 ze 2 listů

Zákazník: EKO-SEPAR, s.r.o.
Hřbitovní 1214
330 23 Nýřany

Měřidlo: Svinovací metr 5m
Výrobce: Korado
Evidenční č.: M_001

Použité etalony: Interferometr Renishaw ML10 s kompenzační jednotkou EC10
Kalibrační list číslo: 8014-KL-L0011-16

Kalibrační postup: Měřidlo bylo kalibrováno podle metodiky ČMI 815-MP-C510.

Podmínky prostředí: Teplota měřidla: $(21,0 \pm 0,2) ^\circ\text{C}$
Teplota: $(21,5 \pm 0,2) ^\circ\text{C}$, Tlak: $(99,3 \pm 0,1) \text{ kPa}$, Vlhkost: $(62,6 \pm 1,0) \% \text{ RH}$

Výsledky kalibrace byly získány za podmínek a s použitím postupů uvedených v tomto kalibračním listě a vztahují se pouze k době a místu provedení kalibrace.

Datum kalibrace: 29. června 2016

Kalibraci provedl:

Ředitel ČMI LPM Praha:

Jaromír Hynek

Ing. Michal Bartoš

