



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

Pracoviště: Oblastní inspektorát Plzeň, Bendova 539/11, 301 00 Plzeň
tel. +420 377 223 766, fax. +420 377 326 077

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 26. listopadu 2020

List 1 z 1 listu

Zákazník: Tomáš Bařtipán
Dříteč 150
533 05 Dříteč

Měřidlo - druh: Váhy s neautomatickou činností

výrobce: PRECHA MOLEN CZ s.r.o

typ: XD_s10

výrobní číslo: 04F950346

specifikace: Max = 60 000 kg Min = 400 kg e = d = 20 kg

Vlastník měřidla: EKO-SEPAR, s.r.o.

*(je-li odlišný od
zákazníka)*

**Hřbitovní 1214
330 23 Nýřany**

Použité etalony: Závaží třídy F2, kalibrována ČMI OI Plzeň, kal. list č. 3051-KL-Z0001-20
Závaží třídy M1, kalibrováno ČMI OI Plzeň, kal. list č. 3051-KL-Z0042-20
Závaží třídy M1, kalibrována ČMI OI Jihlava, kal. list č. 6151-KL-H0361-20

Datum provedení: 26. listopadu 2020

Místo provedení: Provoz Nýřany, Hřbitovní 1214

Výrok o výsledku: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl:

Ředitel organizační jednotky:

Miroslav Lindaur



Ing. Zdeněk Koča